

EliteUQ GIN C18 人参专用柱

使用说明书

V1.0.2

非常感谢您选择依利特公司(以下简称依利特)的EliteUQ系列专用柱, 请在使用前熟读该使用说明书。

1. 适用范围

EliteUQ GIN C18人参专用柱是一款专门用于人参样品检测的色谱柱。

2. 色谱柱连接

请按色谱柱标签箭头所示方向连接与使用。

色谱柱连接管端口部分必须平整, 不能出现毛刺和切口斜面等现象。

在可能的条件下, 色谱柱两端的连接管路要尽可能短, 连接管内径应尽可能小, 以防止因样品扩散造成不能反映色谱柱真实柱效等情况发生。

3. 使用pH值范围

本专用柱的pH值使用范围是2.0-8.0, 请在该范围内使用。

4. 使用温度范围

推荐使用温度不高于60°C。

当使用磷酸盐缓冲液, pH值≥7时, 建议柱温不要超过40°C。

使用中避免温度突然升高。

5. 色谱柱储存

短时间储存: 使用缓冲溶液或含盐流动相时, 需要用10%~20%甲醇/水或乙腈/水将色谱柱和系统内流动相置换, 色谱柱储存溶剂中有机溶剂浓度不低于20%。

长时间储存: 可以用纯甲醇或纯乙腈储存, 并将色谱柱堵头拧紧。存储之前色谱柱必须彻底清洗, 避免残留样品杂质。对使用盐浓度较高的流动相的色谱柱, 在存储之前, 必须用10%~20%甲醇/水或乙腈/水将色谱柱和系统内流动相置换, 避免盐沉淀结晶析出。

存储温度最好保持在25°C以下。

6. 色谱柱再生

分别用甲醇:水=90:10(v/v)、纯甲醇、二氯甲烷作流动相, 依次冲洗, 每种流动相流经色谱柱不少于20-30倍色谱柱体积。然后再以二氯甲烷、纯甲醇、甲醇:水=90:10(v/v)做流动相依次冲洗。

以上色谱柱的再生方法并不是绝对的标准方法, 用户可根据自己实际经验和目的, 选择合适的并能溶解柱内污染物的溶剂为流动相做正方向或反方向的冲洗。但是无论采用什么方法再生色谱柱, 均不可能使柱效或其他参数恢复至新柱水平。

7. 色谱柱维护

高效液相色谱柱是消耗品, 正规操作和维护对延长色谱柱寿命至关重要。

(1) 色谱柱使用前注意事项

无特殊说明情况下, 本公司生产的专用柱储存液, 均为评价报告所示的流动相。用户使用前, 一定要注意色谱柱评价流动相与分析样品实际使用流动相互溶。

(2) 流动相

流动相所用的有机溶剂必须是色谱纯, 流动相用水最好是超纯水或全玻璃器皿双蒸水。缓冲盐使用前必须使用溶剂过滤器(0.45μm滤膜)过滤。流动相应该现用现配, 含盐溶液长时间放置会滋生细菌或出现沉淀。

(3) 样品

样品中杂质是造成色谱柱污染、柱效下降的主要原因之一, 复杂样品可采取适当的方法预处理去除杂质, 进样前必须使用0.22μm或0.45μm滤膜过滤。若样品不便处理, 建议使用保护柱。有时样品溶剂与流动相不匹配(不互溶、极性差异等)会导致色谱峰形变差、出现鬼峰等现象, 建议尽可能采用流动相溶解样品。

8. 使用过程中易出现的问题和解决办法

高效液相色谱柱在使用过程中容易出现的问题有柱效下降和柱压突然升高。可能的原因有如下几点:

(1) 色谱柱柱头中过滤筛板污染;

(2) 色谱柱柱头填料污染;

(3) 色谱柱内缓冲液中的盐形成结晶析出;

(4) 流动相pH值超出色谱柱使用范围, 使固定相结构破坏或溶解。

解决方法如下:

当判断柱头筛板或填料被污染时, 可以使用能溶解污染物的流动相, 按色谱柱使用的相反方向, 冲洗色谱柱(约20至30倍柱体积, 或视具体情况而定; 此时最好不要连接检测器), 将污染物冲出色谱柱, 再按色谱柱标明的箭头方向(流向)使用。

当判断有盐结晶析出时: 20%左右有机溶剂的水溶液冲洗色谱柱, 使柱内盐全部溶解析出, 再换用含高浓度甲醇或其他有机溶剂的流动相。

如果是因pH值使用不当, 通常很难将色谱柱恢复。

当使用上述方法不能解决问题时, 建议更换新色谱柱。

更多产品信息, 请扫码获取!



苏州公司

中国·江苏·苏州姑苏区朱家湾街179号联东U谷10幢701
电话: 0512-67997535 (总机)-转销售

大连公司

中国·辽宁·大连高新技术产业园区七贤岭学子街2-2号
电话: 0411-84753333(总机)-转销售

客服专线: 400-66-35483

公司网址: <http://www.elitehplc.com>